

JENIX 신장 . 체중 자동측정기

성능 CHECK-SHEET

검사일자 : 20 년 월

모델명 :

S/N:

검 사 자 : (주) 동산제닉스



사용자:

구 분	검사항목	기준치	검사결과		불량 조치	
			양 호	불 량		
외관검사	도장상태		○			
	조립상태		○			
	아답타상태		○			
성 능 검 사	작 동 검 사	체중부		○		
		신장부		○		
		표시부		○		
		T/S 변환기능		○		
	체 중 부	반복작용 오차 (5회반복)	±0.1kg 이내	○		
		제품이동 오차	±0.1kg 이내	○		
		편심 오차 (5회반복)	±0.2kg 이내	○		
	신 장 부	반복작용 오차 (5회반복)	±0.1cm 이내	○		
		제품이동 오차	±0.1cm 이내	○		
	검사자 소견	(정상) 양호				